

Príloha č. 3

Tabuľka pre hodnotenie technických parametrov

FTIR spektrometer (1 ks)				
Parameter	Merná jednotka/opis	Požiadavka na parameter/opis	Parameter ponúkaný uchádzačom*	Poznámka
Michelsenový interferometer 2,5 cm		Áno		
Hmotnosť	kg	Max. 3,8 kg		
Vzorkovacie rozhranie so zabudovaným rádiovfrekvenčným identifikátorom pre techniku oslabeného celkového odrazeného žiarenie		Áno		
Pracovný rozsah vlnových dĺžok	nm	2000 – 16 600		
Software pre výskumné účely podporujúcich širokú škálu práce so spektrami		Áno		
Software s možnosťou pokročilých kvantifikačných modelov PLSR, PCA a pod.		Áno		
Datastanica	ks	1		
Knižnica spektier	ks spektier	Min. 10 000		
Stanovenie prímiesí vo veľkom vosku s aplikačnou podporou		Áno		
Inštalácia a zaškolenie	deň	Min. 2		
Názov ponúkaného stroja (typ)				
Obchodné meno výrobcu				

*Uveďte konkrétnu hodnotu parametra, resp. áno/nie